



Comune di Rovereto

SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO



Rovereto, 30 maggio 2022

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA - SUDDIVISA IN 5 LOTTI – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE MOBILI DESTINATI ALLA NUOVA R.S.A. IN PIAZZALE DEFRANCESCO A ROVERETO (TN).  
Risposte ai quesiti.**

In relazione alle sotto riportate richieste si comunica quanto segue:

**Quesito n. 1:**

Buongiorno siamo a chiedere chiarimento relativo allegato A del CSA del lotto 3. Come criterio di valutazione sulla regolabilità in altezza delle sponde vengono attribuiti massimo 3 punti, chiediamo cosa si intende per "regolabilità" ( regolabilità presente si = 3 punti, regolabilità no = 0 punti ed eventuale regolabilità intermedia viene considerata?).

**Risposta quesito n. 1:**

Le sponde di contenimento del paziente possono essere "presenti" (cfr. sponda attivata o installata) o non presenti (sponda) , indipendentemente dal sistema meccanico che ne regola la presenza o l'installazione.

Qualora presenti le sponde, si possono configurare 2 situazioni:

- SPONDE PRESENTI CON UNICA ALTEZZA DI POSSIBILE INSTALLAZIONE (regolazione del tipo BINARIO tipo 0-1, ovvero sponda presente o non presente). In tal caso le sponde sono da intendersi "NON regolabili" ovvero SENZA sistema di regolazione, con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero).
- SPONDE PRESENTI CON PIU' ALTEZZE DI POSSIBILE INSTALLAZIONE. In tal caso esiste un sistema regolazione dell'altezza delle sponde (a regolazione continua o con preset con almeno 2 altezze diverse). In tal caso le sponde sono da intendersi "con sistema di regolazione presente", ovvero con attribuzione di punteggio pari a 3 (tre).

Si conferma che non sono previsti diversi punteggi per sistemi a regolazione continua (cfr. ad infinite posizioni) rispetto a sistemi con regolazioni a 2 o più altezze predefinite. In entrambe le soluzioni il criterio premiante è relativo all'esistenza di un sistema di regolazione a due o più posizioni.



**Comune di Rovereto**

SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO



**Quesito n. 2**

Buongiorno, Con la presente chiediamo se in caso di partecipazione a più lotti contemporaneamente, è possibile presentare un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi dei lotti a cui si intende partecipare. Grazie

**Risposta quesito n. 2**

La risposta è positiva. Si raccomanda di inserire l'impegno al rilascio della cauzione definitiva riferendolo a tutti i lotti a cui si partecipa. Si raccomanda inoltre di inserire la documentazione relativa alla garanzia provvisoria in ogni lotto a cui si partecipa.

Al fine di agevolare i concorrenti nel caricamento dei files, sono stati inseriti nella documentazione di gara i moduli "All C Dic Avvalimento Ausiliaria" e "All\_D Poteri fideiussore" in formato pdf non editabile.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO  
E SVILUPPO STRATEGICO**

**Luigi Campostrini**

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Comune di Rovereto**

piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN  
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595  
indirizzo web [www.comune.rovereto.tn.it](http://www.comune.rovereto.tn.it)  
p. iva e c.f. 00125390229

**Servizio Tecnico e Sviluppo strategico**

via Cartiera, 13 – 38068 Rovereto TN  
tel. 0464/452461 - 0464/452413  
e-mail [territorio@comune.rovereto.tn.it](mailto:territorio@comune.rovereto.tn.it)  
[pec.territorio@pec.comune.rovereto.tn.it](mailto:pec.territorio@pec.comune.rovereto.tn.it)